

Протокол № 10

Об итогах, закупок способом запроса ценовых предложений по закупу медицинских изделий и заключение с ним договора о государственных закупках на 2021 год

Сарыозек

«25» января 2021 г.

Организатор государственных закупок: государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Кербулакская центральная районная больница» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области» находящиеся по адресу: 041100, Республика Казахстан, Алматинская область, Кербулакский район, с. Сарыозек, ул. Асфендиярова -1., в соответствии с п.103 главой 10 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг утвержденного Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729, провел закуп способом запроса ценовых предложений по следующим наименованиям:

№ лота	Наименование	Единица измерения	Объем закупа	Техническое описание	Цена за одну единицу	Сумма, выделенная для закупа	Место поставки
1	Шкаф металлический двухстворчатый	шт	20	Каркас выполнен из металлического листового профиля с полимерно-порошковым покрытием наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. Двери стеклянные в рамке МДФ. Габариты: 700*400*1700	201920	4038400	Кербулакский район, с. Сарыозек, ул. Асфендиярова-1
2	Тележка-каталка для перевозки больных с мягкими съемными носилками и с регулировкой подголовника	шт	2	Современное оборудование для медицинских учреждений, позволяющее провести плановые процедуры и экстренное обследование пациента, оказать неотложную помощь как в амбулаторных, так и стационарных условиях. Медицинская тележка используется в амбулаторных, реанимационных и отделениях интенсивной терапии. Каркас выполнен из профилированного металла, покрытого полимерно-порошковой краской. Носилки съемные с пластиковыми ручками. Ложе носилки обшито поролоном с искусственной кожей. Головная часть регулируется. Колеса d-150мм. Габариты:	204160	408320	Кербулакский район, с. Сарыозек, ул. Асфендиярова-1

				2000*600*650.			
3	Тележка-каталка с регулировкой высоты с мягкими носилками и съемными бортами	шт	2	Медицинская тележка используется в амбулаторных, реанимационных и отделениях интенсивной терапии. Каркас изготовлен из стального профиля, покрытого полимерно-порошковой краской. Регулировка высоты механическая, винтовая. Ложе выполнено из ДСП, обшито винилискожей. Подголовник регулируется по высоте. Носилки не съемные. По бокам имеются съемные ограждения. У изголовья установлен штатив для инфузионных вливаний (высота регулируется). Колеса d-150мм. 2 колеса направляющие, 2 колеса с тормозами. Цвет обивки по желанию клиента. Габариты: 2000*600*650/1000.	292560	585120	Кербулакский район,с.Сарыозек, ул.Асфендиярова-1
4	Столик пеленальный с полочкой	шт	10	Каркас изготовлен из тонкостенного стального профиля с нанесением экологически чистой полимерно-порошковой краски, устойчивой к регулярной обработке дезинфицирующими и моющими средствами. Обивка столешницы, бортиков и нижней полочки – полумягкая, из искусственной кожи, устойчивой к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств. 1000*900*950	49 920	499 200	Кербулакский район,с.Сарыозек, ул.Асфендиярова-1
5	Тележка для уборки	шт	40	Тележка уборочная предназначена для перевозки и сбора постельного и др. белья внутри помещений гостиниц, отелей, санаториев, домов отдыха, оздоровительных центров, предприятий сферы обслуживания, стационарных лечебных и медицинских учреждений. Функциональные размеры данного изделия позволяют обслуживающему персоналу свободно	86 240	3 449 600	Кербулакский район,с.Сарыозек, ул.Асфендиярова-1

				перемещать тележку по коридорам, комнатам, вкатывать в лифтовые кабины. Мешок из синтетической ткани легко снимается и обрабатывается. Объем мешка: 125 л. Тележка снабжена колесами Ø100 мм, обеспечивающими высокую маневренность и подвижность при эксплуатации.			
6	Столик процедурный с 2-мя нержавеющими поддонами	шт	30	Каркас изготовлен из тонкостенного стального профиля с нанесением полимерно-порошковой краской, устойчивой к регулярной обработке дез. растворов. Полки выполнены из нержавеющей стали. Столик оснащен четырьмя колесами d-50мм Габариты:640*420*890	69 200	2 076 000	Кербулакский район,с.Сарыозек, ул.Асфендиярова-1
7	Столик для операционных инструментов.	шт	2	Столешница выполнена из зеркальной нержавеющей стали. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам.	102160	204320	Кербулакский район,с.Сарыозек, ул.Асфендиярова-1
8	Штатив никелированный для инфузионных вливаний с регулировкой высоты (на колесах)	шт	60	Каркас – стальной профиль с полимерно-порошковым покрытием. Стойка никелированная, регулировка высоты механическая. Легко разбирается, компактно складывается, удобен для транспортировки. Колеса d-50 mm.	40000	2400000	Кербулакский район,с.Сарыозек, ул.Асфендиярова-1
9	Ширма 4-створчатая на колесах	шт	40	Каркас – профилированный металл с полимерно-порошковым покрытием. Устойчив к дезинфицирующим средствам. Ткань Болонь (цвет голубой). Габариты: 1800*3000	81040	3241600	Кербулакский район,с.Сарыозек, ул.Асфендиярова-1
10	Ростомер для новорожденных	шт	10	Конструкция выполнена из ЛДСП, имеется шкала для измерения роста.	21520	215200	Кербулакский район,с.Сарыозек, ул.Асфендиярова-1
11	Дозатор локтевой	шт	100	Используется для установки дезинфицирующих средств в бутылках в больницах и других общественных местах. Изготовлена из листовой	8640	864000	Кербулакский район,с.Сарыозек, ул.Асфендиярова-1

				стали толщиной 1мм покрыта полимерно-порошковой краской, цвет по желанию заказчика.			
12	Шкаф 2-х створчатый с 2-мя выдвижными ящиками	шт	25	Каркас - глубоко анодированный алюминиевый профиль, наполнение верхней, нижней секции и выдвижных ящиков – химически и термостойки полипропилен. Полипропилен абсолютно не токсичен. Высокое сопротивление кислотам, щелочам, солям и растворителям. Шкаф 2-х секционный, внутри полки. Габариты: 800*450*2000	197 280	4 932 000	Кербулакский район,с.Сарыозек, ул.Асфендиярова-1
13	Стол лабораторный с мойкой	шт	6	Металлический каркас из профильной трубы · Имеется перфорированная царга · Столешня выполнена из композитного материала НРL трудногорючий,антивандальный. · - изгибающее напряжение при разрушении – 26,14 кГс/см2, · - разрушающее напряжение при растяжении – 104 кГс/см2, · - модуль упругости – 4,2 *105 кГс/см2 · устойчив ко всем агрессивным средам · мойка из нержавеющей стали AISI 304 тумба для коммуникаций(расположена по центру стола)выполнена из ЛДСП Габариты:1200*600*750	144 000	864 000	Кербулакский район,с.Сарыозек, ул.Асфендиярова-1
14	Ростомер взрослый	шт	50	Металлическая стойка с полимерно-порошковым покрытием, основание - тумба из ЛДСП с откидной верхней полкой. Позволяет измерять рост в 2-х положениях, предусмотрена двойная шкала из самоклеющейся бумаги. 460*460*2130	40000	2 000 000	Кербулакский район,с.Сарыозек, ул.Асфендиярова-1
15	Тумба прикроватная мобильная	шт	45	Тумба прикроватная предназначена для использования в палатах медицинских учреждений. Тумба имеет открытую верхнюю нишу и нижнее отделение с дверкой, изготовлена из ламинированного ДСП (выбор цвета ДСП по желанию заказчика). Поставляется в собранном	30 000	1 350 000	Кербулакский район,с.Сарыозек, ул.Асфендиярова-1

				виде. В качестве опор используются мебельные колеса. Габариты: 430*450*660			
16	Тумба подкатная прикроватная	шт	75	Тумба прикроватная с нишей, распашной дверью. Конструкция – несущий алюминиевый каркас на четырех колесных опорах. У основания вращающиеся колеса d-50 мм.	65 920	4 944 000	Кербулакский район,с.Сарыозек, ул.Асфендиярова-1
17	Кресло для дневного стационара	шт	20	Модель кресла для донора оборудуются подлокотниками. Подлокотники поддерживают руки донора в устойчивом положении, снимают статическое напряжение и помогают легче перенести лоботомию. Ложе 3-х секционное Регулировка высоты ложа при помощи ростоматов	216 000	4 320 000	Кербулакский район,с.Сарыозек, ул.Асфендиярова-1
18	Столик анестезиолога с 6-ю выдвижными ящиками	шт	2	Каркас выполнен из стального листа и проф. трубы, покрытого полимерно-порошковой краской. Имеет 6 выдвижных ящика и дополнительную полку. Верхняя и нижняя полки из нержавеющей стали марки AISI 304 Столик оснащен четырьмя колесами d-75mm. Дополнительно оснащен выдвижной полкой и лотком из нержавеющей стали. Габариты: 500*600*900	179200	358400	Кербулакский район,с.Сарыозек, ул.Асфендиярова-1
19	Шкаф для кабинета	шт	2	- из нержавеющей стали AISI304 - шкаф двухстворчатый - двустенные двери с ячеистой сердцевиной, замком, уплотнением - пять регулируемых полок из нержавеющей стали - шкаф имеет 4 ножки высотой 140мм и регулируется на высоту от 0-20 мм Габариты: 800*450*1800	529280	1058560	Кербулакский район,с.Сарыозек, ул.Асфендиярова-1

20	Шкаф для кабинета	шт	2	<ul style="list-style-type: none"> - из нержавеющей стали AISI304 - шкаф с верхней и нижней секциями - разделенные на две высоты, обе части с распашными дверями - двустенные двери с ячеистой сердцевиной, замком, уплотнением - верхняя часть с четырьмя регулируемыми полками из нержавеющей стали - нижняя часть с одной регулируемой полкой из нержавеющей стали - шкаф имеет 4 ножки высотой 140мм и регулируется на высоту от 0-20 мм <p>Габариты: 800*450*1800</p>	568240	1136480	Кербулакский район, с. Сарыозек, ул. Асфендиярова-1
21	Кислородный увлажнитель	шт	60	<p>Технические характеристики</p> <p>Газ: Медицинский кислород</p> <p>Интенсивность подачи потока: YF-05D - от 1 до 15 литров в минуту,</p> <p>Интенсивность подачи потока: YF-05E - от 1 до 15 литров в минуту</p> <p>Входное давление/давление на выходе: от 0,20 до 0,30 мегапаскалей</p> <p>Давление срабатывания предохранительного клапана YF-05E: 0,30-0,40 мегапаскалей</p> <p>При максимальном рабочем давлении утечка газа составляет не более 10 миллилитров в минуту.</p> <p>Объем емкости для жидкости: максимальный уровень жидкости - 90±5 миллилитров, минимальный уровень жидкости - 50±5 миллилитров.</p> <p>Относительная влажность кислорода на выходе - не менее 85 %.</p> <p>Подключение: в кислородный клапан стандарта DIN 13260-2</p> <p>Соединение для выхода кислорода: в виде елочки</p>	96000	5760000	Кербулакский район, с. Сарыозек, ул. Асфендиярова-1

				<p>для шланга проходным диаметром 7,5 8,5 мм для подключения кислородной маски или оборудования Размеры штуцера для шланга: внутренний диаметр: от 7,5 до 8,5 миллиметров Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: YF-05E: 130 (±5) x 55 (±5) x300 (±5) мм; YF-05D: 120 (+5) x 55 (+5) x300 (+5) мм Масса: YF-05E - 0,436 (+0,01) килограмм; YF-05D - 0,430 (+0,01) килограмм Упаковка: Увлажнитель упакован в пакет из полипропилена размером 160 (±10) x 360 (=20) мм и в коробку из гофрированного картона размером 306 (+5) x 108 (+5) 79 (+5) mm</p>			
	Итого:					44705200	

Выделенная сумма 44 705 200,00 (сорок четыре миллиона семьсот пять тысяч двести) тенге.

Место поставки товара: Кербулакский район, с. Сарыозек, ул. Асфендиярова-1

2. Наименование потенциальных поставщиков, представивших ценовое предложение до истечения окончательного срока предоставления ценовых предложений:

ТОО «Айка Мед» - Алматинская область г. Каскелен ул. А. Байгазиев №7

ИП «Рябчинский Александр Александрович» - СКО, Тайыншинский район г. Тайынша ул. Магистральная 2А, 1

ТОО «Альянс АА» - г. Алматы ул. Алгабасская 2А

ТОО «Медисон-2008» - Алматинская область, Ескелдинский район п. Карабулак, ул. Оразбекова 25, кв 35

ИП «Баймаханова Ж.А.» - г. Шымкент мкр Нурсат дом 33, кв 10

ТОО «Айым-Фарма» - г. Алматы ул. Гагарина 133 Б оф 3

№ лота	Наименование, дозировка и форма выпуска	Единица измерения	Объем закупки	Цена за одну единицу	ТОО «Айка Мед»	ИП «Рябчинский А»	ТОО «Медисон-2008»	ТОО «Альянс АА»	ИП «Баймаханова Ж.А.»	ТОО «Айым-Фарма»
1	Шкаф металлический двухстворчатый	шт	20	201920			Не соответствует квалификационным требованиям согласно ,глава 4, п 20 пп. 9 Правил, отсутствует тех спецификация	Не соответствует квалификационным требованиям согласно ,глава 4, п 20 пп. 9 Правил, отсутствует тех спецификация		181 728
2	Тележка-каталка для перевозки больных с мягкими съёмными носилками и с регулировкой подголовника	шт	2	204160			Не соответствует квалификационным требованиям согласно ,глава 4, п 20 пп. 9 Правил, отсутствует тех спецификация			183 744
3	Тележка-каталка с регулировкой	шт	2	292560						263 304

	высоты с мягкими носилками и съёмными бортами									
4	Столик пеленальный с полочкой	шт	10	49 920			Не соответствует квалификационным требованиям согласно ,глава 4, п 20 пп. 9 Правил, отсутствует тех спецификация			44 928
5	Тележка для уборки	шт	40	86 240			Не соответствует квалификационным требованиям согласно ,глава 4, п 20 пп. 9 Правил, отсутствует тех спецификация			77 616
6	Столик процедурный с 2-мя нержавеющими поддонами	шт	30	69 200			Не соответствует квалификац		Не соответствует квалификац	62 280

							ионным требованиям согласно ,глава 4, п 20 пп. 9 Правил, отсутствует тех спецификац ия		ионным требования м согласно , п 108, глава 4, п 20 пп. 9 Правил, отсутствует тех спецификац ия	
7	Столик для операционных инструментов.	шт	2	102160			Не соответствует квалификац ионным требованиям согласно ,глава 4, п 20 пп. 9 Правил, отсутствует тех спецификац ия		Не соответствует квалификац ионным требованиям согласно , п 108, глава 4, п 20 пп. 9 Правил, отсутствует тех спецификац ия	91 944
8	Штатив никелированный для инфузионных вливаний с регулировкой высоты (на колесах)	шт	60	40000	Не соответствует квалификац ионным требованиям согласно ,глава 4, п 20 пп. 9		Не соответствует квалификац ионным требованиям согласно ,глава 4, п 20 пп. 9	Не соответствует квалификац ионным требованиям согласно ,глава 4, п 20 пп. 9	Не соответствует квалификац ионным требованиям согласно , п 108, глава 4, п	36 000

					Правил, отсутствует тех спецификац ия		Правил, отсутствует тех спецификац ия	Правил, отсутствует тех спецификаци я	20 пп. 9 Правил, отсутствует тех специфика ция	
9	Ширма 4-створчатая на колесах	шт	40	81040	Не соответстvue т квалификац ионным требованиям согласно , глава 4, п 20 пп. 9 Правил, отсутствует тех спецификац ия		Не соответстvue т квалификац ионным требованиям согласно , глава 4, п 20 пп. 9 Правил, отсутствует тех спецификац ия	Не соответстvue т квалификаци онным требованиям согласно , глава 4, п 20 пп. 9 Правил, отсутствует тех спецификаци я	Не соответстvue ет квалификац ионным требования м согласно , п 108, глава 4, п 20 пп. 9 Правил, отсутствует тех специфика ция	72 936
10	Ростомер для новорожденных	шт	10	21520						19 368
11	Дозатор локтевой	шт	100	8640		4500				7776
12	Шкаф 2-х створчатый с 2-мя выдвижными ящиками	шт	25	197 280						177 552
13	Стол лабораторный с мойкой	шт	6	144 000			Не соответстvue т квалификац ионным требованиям согласно			129 600

							, глава 4, п 20 пп. 9 Правил, отсутствует тех спецификац ия			
14	Ростомер взрослый	шт	50	40000			Не соответствуе т квалификац ионным требованиям согласно , глава 4, п 20 пп. 9 Правил, отсутствует тех спецификац ия		Не соответству ет квалификац ионным требования м согласно , п 108, глава 4, п 20 пп. 9 Правил, отсутствует тех специфика ция	36 000
15	Тумба прикроватная мобильная	шт	45	30 000			Не соответствуе т квалификац ионным требованиям согласно , глава 4, п 20 пп. 9 Правил, отсутствует тех спецификац			27 000

							ия			
16	Тумба подкатная прикроватная	шт	75	65 920			Не соответствует квалификационным требованиям согласно ,глава 4, п 20 пп. 9 Правил, отсутствует тех спецификация			59 328
17	Кресло для дневного стационара	шт	20	216 000						194 400
18	Столик анестезиолога с 6-ю выдвижными ящиками	шт	2	179200			Не соответствует квалификационным требованиям согласно ,глава 4, п 20 пп. 9 Правил, отсутствует тех спецификация			161 280
19	Шкаф для кабинета	шт	2	529280						476 352
20	Шкаф для кабинета	шт	2	568240						511416
21	Кислородный увлажнитель	шт	60	96000						96 000

