

## Протокол № 8

### Об итогах, закупок способом запроса ценовых предложений по закупу медицинских изделий и заключение с ним договора о государственных закупках на 2021 год

Сарыозек

«25» января 2021 г.

1. Организатор государственных закупок: государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Кербулакская центральная районная больница» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области» находящиеся по адресу: 041100, Республика Казахстан, Алматинская область, Кербулакский район, с. Сарыозек, ул. Асфендиярова -1., в соответствии с п.103 главой 10 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг утвержденного Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729, провел закуп способом запроса ценовых предложений по следующим наименованиям:

№ лота	Наименование, дозировка и форма выпуска	Единица измерения	Объем закупа	Техническое описание	Цена за одну единицу	Сумма, выделенная для закупа	Место поставки
1	Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный настенный	шт	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Количество ламп – 1 шт.</li> <li>- Способ размещения - настенный.</li> <li>- Тип лампы – безозоновая.</li> <li>- Диаметр лампы – 19 мм.</li> <li>- Мощность – 30 Вт.</li> <li>- Срок службы лампы - 5000 часов.</li> <li>- Длина волны – 253,7 нм.</li> <li>- Потребляемая мощность, не более – 50 ВА.</li> <li>- Сеть питания – 220 В/50 Гц.</li> <li>- Производительность по площади – 18-20 кв. м.</li> <li>- Производительность по объему: - при 99,9% обеззараживании – 50 м3/час;</li> <li>- при 99% обеззараживании – 75 м3/час;</li> <li>- при 95% обеззараживании – 115 м3/час.</li> <li>- Габаритные размеры облучателя (мм) - 925x150x55.</li> </ul>	57 600	5 760 000	Кербулакский район, с. Сарыозек, ул. Асфендиярова-1

				<p>Габаритные размеры упаковки (мм) - 970x165x65.  - Масса, не более, кг - 2,5.  - Гарантия – 12 мес.</p>			
2	<p>Стол операционный  общехирургический  электрический с  моторным приводом и  пультом</p>	шт	1	<p>Тип операционного стола-  общехирургический  Высота стола -800-1050 мм  -Длина рабочей панели -2015 мм  -Ширина панели -500 мм  - Ширина стола по рейкам -550 мм  -Наклон панели по Тренделенбургу –не  менее 25 град  -Наклон панели по анти-Тренделенбургу  –не менее 30 град  - Боковой наклон панели вправо-не менее  20 град  - Боковой наклон панели влево – не менее  20  - Наклон ножной секции панели вниз –не  менее 90 град  - Наклон головной секции вверх – 27 град  -Наклон головной секции вниз-90 град  -Наклон спинной секции вверх -75 град  -Наклон спинной секции вниз -13 град  -Высота подъема почечного валика -120  мм  - Масса (без комплекта съемных  приспособлений) - не более 265 кг  - Расчетная нагрузка на панель -160 кг  -Напряженная питания -220 В+_ 10%  -Частота сети питания -50Гц  Комплектация :  - Операционный стол-1  Анестезиологическая ширма-1  -Упоры-держатели для тела -2</p>	5 800 000	5 800 000	<p>Кербулакский  район,с.Сарыозек,  ул.Асфендиярова-1</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>-Упоры-держатели для плеч-2</li> <li>- Опора под руку-2</li> <li>Упоры для ног-2</li> <li>- Подколенники-2</li> <li>- Паспорт и руководство по эксплуатации</li> <li>-Ремень для фиксации туловища -1</li> </ul>			
3	Бесконтактный тонометр глазного давления	шт	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Режим измерения- Авто 3D</li> <li>-Диапазон измерения 0-60 мм рт. ст. SPC30/60</li> <li>Шаг измерения 1 мм рт. ст. (среднее значение 0,1 мм рт. ст.)</li> <li>-Режим пахиметрии –Наличие</li> <li>-Диапазон измерения толщины роговицы -150-1300 мкм</li> <li>-Шаг измерения толщины роговицы 1 мкм</li> <li>-Память -10 измерений для каждого глаза</li> <li>-Печать -Встроенный термопринтер</li> <li>- ЖК-дисплей Цветной, сенсорный, 7 дюймов</li> <li>Интерфейс RS-232C</li> <li>- Габаритные размеры 514 x 262 x 435 мм</li> <li>-Масса 18,5 кг</li> </ul>	5 790 000	5 790 000	Кербулакский район,с.Сарыозек, ул.Асфендиярова-1
4	Светильник медицинский передвижной	шт	2	<p>Светильники медицинские передвижные многоорефлекторные марки предназначены для освещения рабочего поля при проведении осмотров, операций малой сложности и перевязок. Величина освещенности и размер рабочего поля регулируется. Выключатели ламп и регуляторы величины светового поля встроены в корпус освещения. Обладают естественной светопередачей и минимальным нагревом операционного поля;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Внешняя отделка светильника</li> </ul>	2 077 500	4 155 000	

				<p>допускает влажную обработку обычным дезинфицирующим раствором.</p> <p>-Размер светового поля от 200 мм до 350 мм; -Диаметр блока освещения – 500мм;</p> <p>-Цветовая температура – 4500±200К;</p> <p>-Количество светодиодов – 110 шт.;</p> <p>-Срок службы светодиодов – до 50 000 часов;</p>			
5	Светильник медицинский стационарный модификации	шт	1	<p>Хирургические потолочные светильники обеспечивают правильное освещение, сохранение нормальной цветопередачи в операционных блоках. Конструкции оснащаются двумя основными блоками ламп. Внутри корпуса расположены диоды, способные обеспечить более 50 000 часов бесперебойной работы.</p> <p>Потолочный бестеневой хирургический светильник исключает теневые эффекты, мерцание и пульсацию. Прибор крепится к потолку в центре помещения для лучшего освещения рабочей зоны, независимо от расположения пациента. Крепление считается универсальным благодаря возможности перемещать освещение в нужное направление в пределах операционного блока.</p> <p>Технические характеристики</p> <p>-Освещенность Люкс <math>\geq 140.000</math></p> <p>-Цветовая температура 4500±300к</p> <p>-Индекс цветопередачи (Ra) 96</p> <p>-Глубина освещения 1020 мм</p> <p>-Расклассифицированная сила шарика 3.2 В / 1 ВТ</p> <p>-Размер светового поля 200 ~ 350 мм</p> <p>-Срок службы источника света 50000</p>	5 780 000	5 780 000	

				<p>часов -</p> <p>Напряжение питания AC110-240В, 50 / 60 Гц -</p> <p>Минимальная высота установки 2900 мм</p> <p>- Общая потребляемая мощность 140 Вт</p> <p>-Климатическое исполнение УХЛ 4.2</p> <p>-Класс защиты по электробезопасности в соответствии с ГОСТ 12.2.025-76 Класс В</p>			
6	Щелевые лампы	шт	1	<p>Лампа щелевая – это прибор, предназначенный к применению при осмотре заднего и переднего отрезков глаза, начиная от эпителия роговицы и кончая задней капсулой. Используется для постановки диагноза при заболеваниях, связанных с повреждениями заднего сегмента глаза. С помощью применения современных оптических технологий и многоуровневой (пять ступеней) системе контроля при увеличении изображения. С помощью данной лампы легко получить широкое поле обзора с высоким разрешением. Разнообразие фильтров позволяет проводить разные виды диагностики, поскольку каждый из них адаптирован. Обследование глаз становится еще более точным.</p> <p>Микроскоп Галилея Увеличение Барабан, 5 позиций Окуляры 12.5х 12.5х, 10х(опция) Коэффициенты увеличения 6х, 10х, 16х, 25х, 40х Осветитель Верхний Нижний Верхний Нижний Диапазон межзрачкового расстояния 55-80 мм Длина щели 0.3-12 мм 0.3-14 мм Ширина щели 0-12 мм, плавно</p>	4 678 700	4 678 700	

				регулируемая 0-14 мм, плавно регулируемая Фильтры Янтарный, синий кобальтовый, бескрасный, теплопоглощающий, серый Поворот щели 0-180 градусов Рабочее расстояние 80 мм 66 мм 80 мм 66 мм Диапазон вертикального перемещения 28 мм Диапазон продольного перемещения 78 мм Диапазон поперечного перемещения 98 мм Диапазон точной регулировки столешницы 10 мм Тип лампы Галогенная, 12 В, 30 Вт			
	Итого:					31963700	

Выделенная сумма 31 963 700,00 (Тридцать один миллион девятьсот шестьдесят три тысячи семьсот) тенге.

Место поставки товара: Кербулакский район, с. Сарыозек, ул. Асфендиярова-1

2. Наименование потенциальных поставщиков, представивших ценовое предложение до истечения окончательного срока предоставления ценовых предложений:

ИП «Назарбекова» - г. Алматы, проспект Суяунбая 17 корпус 8

ИП «Рябчинский Александр Александрович» - СКО, Тайыншинский район г. Тайынша ул. Магистральная 2А, 1

ТОО «KazMedAspar» - г. Алматы, Проспект Суяунбая 19

Филиал ТОО «Альянс-Фарм» - г. Алматы, проспект Суяунбая 153

ТОО «ЛабТехМед СКО» - Северо Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Назарбаева 286-1

ТОО «Альянс АА» - г. Алматы ул. Алгабасская 2А

ТОО «АИМ Плюс» - Алматинская область г. Каскелен ул. А. Байгажиев №7

№ лота	Наименование, дозировка и форма выпуска	Единица измерения	Объем закупа	Цена за одну единицу	ИП «Назарбекова»	ИП «Рябчинский»	ТОО «KazMedAspar»	ТОО «Альянс-Фарм»	ТОО «ЛабТехМед СКО»	ТОО «Альянс АА»	ТОО «АИМ Плюс»
1	Облучатель ультрафиолетовый	шт	100	57 600	57500	18800	57300		35000	Не соответствует	Не соответствует

	бактерицидный настенный									вует квалификационны м требованиям согласно, п108, а также отсутствует тех.спецификация	вует квалификационны м требованиям согласно ,глава 4, п 20 пп.1,9 Правил
2	Стол операционный общехирургический электрический с моторным приводом и пультом	шт	1	5 800 000	5790000		5780000				
3	Бесконтактный тонометр глазного давления	шт	1	5 790 000	5780000		5760000				
4	Светильник медицинский передвижной	шт	2	2 077 500				Не соответствует квалификационны м требованиям согласно, п 20 пп.9 Правилы			
5	Светильник медицинский стационарный	шт	1	5 780 000	5770000		5750000	Не соответствует			

	модификации							квалификационные требования согласно, п 20 пп.9 Правила			
6	Щелевые лампы	шт	1	4 678 700	4670000		4660000				

3. Организатор закупок государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Кербулакская центральная районная больница» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области» находящиеся по адресу: 041100, Республика Казахстан, Алматинская область, Кербулакский район, с. Сарыозек, ул. Асфендиярова -1 по результатам оценки и сопоставления ценовых предложений потенциальных поставщиков РЕШИЛА:

- определить победителем ИП «Рябчинский Александр Александрович» - СКО, Тайыншинский район г.Тайынша ул.Магистральная 2А, 1 по лоту № 1 на основании предоставления наименьшего ценового предложения и заключить с ним договор на сумму 1 880 000,00 (один миллион восемьсот восемьдесят) тенге.

- определить победителем ТОО «KazMedAspar» - г. Алматы, Проспект Суюнбая 19 по лотам №2,3,5,6 на основании предоставления наименьшего ценового предложения и заключить с ним договор на сумму 21 950 000,00 (три миллиона пять сот тысяч) тенге

Победитель представляет Заказчику или организатору закупа в течение десяти календарных дней со дня признания победителем пакет документов, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям, согласно главе 10, пункта 113 Постановления Правительства РК от 30.10.2009 г. №1729.

Состав комиссии:

Председатель комиссии:

Заместитель директора по лечебной части: Аскамбаева С.С.

Член комиссии: Специалист по гос.закупу:

Зав.поликлиникой -

Шыныбаев Д.С.

Кахарманова К.К.



Бухгалтер по медикаментам –

Главная медицинская сестра:

Секретарь комиссии:

Акылбекова Э.О.

Джакупова М.С.

Махай Р.М